


Tubo patrón número
Reference standard #

1C1453

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	63,5	Cliente Client	MEDINA CONS. S.R.L.	Ciclo Product	87026
Espesor [mm] Wall Thickness	3,6	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	48879
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,97	8	±15	0,345	0,255	0,300	49,00	49,00	0,340	0,316	0,97	Sebastian Monteros	26/10/06
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,414	0,306	0,360	50,00	49,00	0,391	0,403	0,83	Sebastian Monteros	26/10/06
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,207	0,153	0,180	50,00	49,00	0,318	0,331	0,85	Sebastian Monteros	26/10/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,207	0,153	0,180	50,00	40,00	0,331	0,304	0,81	Sebastian Monteros	26/10/06
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,207	0,153	0,180	50,00	31,00	0,296	0,290	0,97	Sebastian Monteros	26/10/06
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	29/08/11
G	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	29/08/11

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
 - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date

29/08/2011
10:03:02 a.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006

Tubo patrón número
Reference standard #

1C1453**Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	63,5	Cliente Client	MEDINA CONS. S.R.L.	Ciclo Product	87026
Espesor [mm] Wall Thickness	3,6	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	48879
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES