


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1C1180**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	108	Cliente Client	Ciclo Product	22640	
Espesor [mm] Wall Thickness	12	Tratamiento Termico Heat Treatment	No	Colada Heat	44625
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order		



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	12	±15	1,656	1,224	1,440	50,00	49,00	1,275	1,291	0,99	Sebastian Monteros	23/10/06
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	1,380	1,020	1,200	50,00	49,00	1,340	1,332	0,87	Sebastian Monteros	23/10/06
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,690	0,510	0,600	50,00	49,00	0,678	0,679	0,84	Sebastian Monteros	23/10/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,690	0,510	0,600	50,00	36,00	0,635	0,661	0,85	Sebastian Monteros	23/10/06
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	12	±15	1,656	1,224	1,440	50,00	36,00	1,478	1,603	0,99	Sebastian Monteros	23/10/06

### Instrumentos de Medicion Utilizados:

**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000**    **Codigo: 302-711A**

#### Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
  - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT	Fecha Date	23/10/2006 11:14:46 a.m.	Hoja Page	1/2	Documento Vigencia	TAND-001-05 17/04/2006
----------	---------------	-----------------------------	--------------	-----	-----------------------	---------------------------