


Tubo patrón número
Reference standard #

1C3157

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	73	Cliente Client	TUBOS DE ACERO	Ciclo Product	22495
Espesor [mm] Wall Thickness	6,25	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	60764
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5243601



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	5	±15	0,359	0,266	0,313	25,40	25,00	0,340	0,342	0,57	Carlos Aguilar	14/08/20
B	Transversal Externo Transverse OD	0,60	5	±15	0,359	0,266	0,313	25,40	23,40	0,346	0,330	0,57	Carlos Aguilar	14/08/20
C	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,60	5	±15	0,359	0,266	0,313	25,40	25,30	0,357	0,345	0,60	Agustin Torres	13/08/20
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	5	±15	0,359	0,266	0,313	25,40	25,00	0,346	0,350	0,56	Carlos Aguilar	14/08/20
E	Transversal Externo Transverse OD	0,60	5	±15	0,359	0,266	0,313	25,40	23,40	0,328	0,318	0,56	Carlos Aguilar	14/08/20
F	Transversal Interno Transverse ID	0,60	5	±15	0,359	0,266	0,313	25,40	25,40	0,350	0,357	0,60	Agustin Torres	13/08/20
G	Transversal Externo Transverse OD	0,60	5	±15	0,359	0,266	0,313	25,40	23,40	0,344	0,322	0,57	Carlos Aguilar	14/08/20
H	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	5	±15	0,359	0,266	0,313	25,40	25,00	0,316	0,320	0,57	Carlos Aguilar	14/08/20

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date

14/08/2020
02:28:59 p.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006

Tubo patrón número
Reference standard #**1C3157****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	73	Cliente Client	TUBOS DE ACERO	Ciclo Product	22495
Espesor [mm] Wall Thickness	6,25	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	60764
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5243601

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES