

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



2c20





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
1 4	Agujero Pasante Drilled hole	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	Sebastian Monteros	27/08/04
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,805	0,595	0,700	38,10	37,50	0,745	0,748	0,99	Sebastian Monteros	27/08/04
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	13	±15	1,006	0,744	0,875	38,10	37,50	0,684	0,648	0,99	Sebastian Monteros	27/08/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO