

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1C2683





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,631	0,467	0,549	50,80	48,00	0,627	0,618	0,95	Dante Antunez	05/01/16
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,631	0,467	0,549	50,80	50,00	0,624	0,628	0,98	Daniel Carcacha	04/01/16
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,631	0,467	0,549	50,80	46,00	0,628	0,631	0,99	Daniel Carcacha	04/01/16
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,631	0,467	0,549	50,80	30,00	0,621	0,615	0,98	Dante Antunez	05/01/16
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,631	0,467	0,549	49,00	49,00	0,621	0,630	0,98	Daniel Carcacha	04/01/16
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,631	0,467	0,549	50,80	50,00	0,630	0,628	0,99	Daniel Carcacha	04/01/16

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2683

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	PETROLEUM DEVE	Ciclo Product	54377				
Espesor [mm] Wall Thickness	5,49	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada <sub>Heat</sub>	41124				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5790423				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES