


Tubo patrón número
Reference standard #

1U0468

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	MRC MIDFIELD	Ciclo Product	84753
Espesor [mm] Wall Thickness	5,49	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	40490
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/3951.03



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,93	6	±15	0,347	0,257	0,302	37,60	37,60	0,344	0,332	0,93	Dante Antunez	07/07/10
B	Transversal Externo Transverse OD	0,99	6	±15	0,347	0,257	0,302	34,80	34,80	0,343	0,345	0,99	Dante Antunez	07/07/10
C	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,631	0,467	0,549	38,00	36,20	0,628	0,591	0,96	Dante Antunez	07/07/10
D	Transversal Interno Transverse ID	0,95	10	±15	0,631	0,467	0,549	32,00	32,00	0,610	0,623	0,95	Dante Antunez	07/07/10
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	6	±15	0,347	0,257	0,302	38,00	37,00	0,325	0,321	0,92	Agustin Torres	22/10/10
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	6	±15	0,347	0,257	0,302	38,00	34,00	0,338	0,344	0,93	Agustin Torres	28/03/11

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**1U0468****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	MRC MIDFIELD	Ciclo Product	84753
Espesor [mm] Wall Thickness	5,49	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	40490
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/3951.03

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000** **Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey** **Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**