


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1U0629**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	93,17	Cliente Client	FACU	Ciclo Product	3815
Espesor [mm] Wall Thickness	13	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	27322
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0863526



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,25	5	±15	0,748	0,553	0,650	25,40	25,00	0,732	0,719	0,25	Daniel Carcacha	28/03/13
B	Transversal Externo Transverse OD	0,50	5	±15	0,748	0,553	0,650	25,40	25,00	0,709	0,734	0,50	Daniel Carcacha	28/03/13
C	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,25	5	±15	0,748	0,553	0,650	25,40	25,00	0,740	0,736	0,25	Daniel Carcacha	28/03/13
D	Transversal Interno Transverse ID	0,50	5	±15	0,748	0,553	0,650	25,40	25,00	0,733	0,721	0,50	Daniel Carcacha	28/03/13
E	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,35	50	±15	7,475	5,525	6,500	-	-	7,000	-	6,30	Agustin Torres	17/05/13
F	Reduccion de Espesor Externo	25,40	10	±0	1,300	1,300	1,300	25,40	24,00	-	-	24,00	Agustin Torres	20/05/13
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,748	0,553	0,650	25,40	25,40	0,725	0,733	0,83	Agustin Torres	11/03/17
H	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,748	0,553	0,650	25,40	24,80	0,678	0,699	0,82	Agustin Torres	11/03/17

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha  
Date

11/03/2017  
11:49:37 a.m.

Hoja  
Page

1/2

Documento  
Vigencia

TAND-001-05  
17/04/2006

Tubo patrón número  
Reference standard #**1U0629****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	93,17	Cliente Client	FACU	Ciclo Product	3815
Espesor [mm] Wall Thickness	13	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	27322
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0863526

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000   Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey   Codigo:**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

## Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**