

Tubo patrón número


Reference standard #

**1C1592**

### Datos del Producto

Product Information

Diametro [mm] Diameter	63,5	Cliente Client	CERREY	Ciclo Product	87211
Espesor [mm] Wall Thickness	3,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	21927
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5370502



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,89	9	±15	0,345	0,255	0,300	48,00	48,00	0,344	0,340	0,89	Dante Antunez	05/04/07
B	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	10	±15	0,403	0,298	0,350	50,80	47,50	0,399	0,376	0,84	Dante Antunez	05/04/07
C	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	5	±15	0,201	0,149	0,175	50,80	47,50	0,344	0,342	0,84	Dante Antunez	05/04/07
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,201	0,149	0,175	50,80	31,00	0,323	0,330	0,82	Dante Antunez	05/04/07
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,201	0,149	0,175	50,80	23,00	0,342	0,344	0,84	Dante Antunez	05/04/07
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	29/08/11
G	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	29/08/11
H	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	18/10/13

#### Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha  
Date

18/10/2013  
12:15:07 p.m.

Hoja  
Page

1/2

Documento  
Vigencia

TAND-001-05  
17/04/2006

Tubo patrón número  
Reference standard #**1C1592****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	63,5	Cliente Client	CERREY	Ciclo Product	87211
Espesor [mm] Wall Thickness	3,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	21927
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5370502

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000   Codigo: 302-711A**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES