


Tubo patrón número
Reference standard #

1U0726

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	50,79	Cliente Client	TREFILA	Ciclo Product	27008
Espesor [mm] Wall Thickness	5,66	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	41010
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0863376



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,651	0,481	0,566	25,40	25,00	0,648	0,643	0,87	Daniel Carcacha	29/03/16
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,651	0,481	0,566	25,40	25,00	0,649	0,648	0,88	Daniel Carcacha	29/03/16
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	25,00	0,343	0,342	0,86	Daniel Carcacha	29/03/16
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	25,00	0,342	0,341	0,87	Daniel Carcacha	29/03/16
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,651	0,481	0,566	25,40	25,00	0,642	0,643	0,94	Daniel Carcacha	29/03/16
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,651	0,481	0,566	25,40	25,00	0,647	0,643	0,93	Daniel Carcacha	29/03/16
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	25,00	0,344	0,338	0,87	Daniel Carcacha	29/03/16
H	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	25,00	0,345	0,344	0,86	Daniel Carcacha	29/03/16

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0726

Datos del Producto
Product Information

Diametro [mm] Diameter	50,79	Cliente Client	TREFILA	Ciclo Product	27008
Espesor [mm] Wall Thickness	5,66	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	41010
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0863376

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ300 **Codigo: 302-916E**

Calibre Pie de Rey **Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES