


Tubo patrón número  
Reference standard #

**2u220**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	219,1	Cliente Client	Ciclo Product	73337
Espesor [mm] Wall Thickness	19,1	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,098	0,812	0,955	50,80	49,20	0,942	0,983	0,97	Sebastian Monteros	17/05/04
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,098	0,812	0,955	50,80	44,60	0,963	0,938	0,97	Sebastian Monteros	17/05/04
C	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,098	0,812	0,955	50,80	49,00	0,936	0,973	0,98	Sebastian Monteros	17/05/04
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,098	0,812	0,955	50,80	45,20	0,972	0,930	0,96	Sebastian Monteros	17/05/04
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,098	0,812	0,955	50,80	49,20	0,942	0,913	0,94	Sebastian Monteros	17/05/04
F	Chavetero Grove	10,00	50	±15	10,983	8,118	9,550	10,00	10,00	9,800	9,800	10,00	Sebastian Monteros	17/05/04
G	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,098	0,812	0,955	50,80	44,20	0,944	0,949	0,96	Sebastian Monteros	17/05/04

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA NO

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT	Fecha Date	17/05/2004 11:26:04 a.m.	Hoja Page	1/2	Documento Vigencia	TAND-001-05 17/04/2006
----------	---------------	-----------------------------	--------------	-----	-----------------------	---------------------------

Tubo patrón número  
Reference standard #

**2u220**

**Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	219,1	Cliente Client	Ciclo Product	73337
Espesor [mm] Wall Thickness	19,1	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	

**Instrumentos de Medicion Utilizados:**

**Proyector de Perfiles Nikon V-16E   Codigo: 90012410**

**Notas:**

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

**Notes:**

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO