

Tubo patrón número


Reference standard #

**1C2225**

### Datos del Producto

Product Information

Diametro [mm] Diameter	50,8	Cliente Client	TREFILA	Ciclo Product	27037
Espesor [mm] Wall Thickness	5,66	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	46827
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0844099



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Pablo Mazzeo	11/08/11
B	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,651	0,481	0,566	50,80	48,00	0,609	0,618	0,82	Pablo Mazzeo	11/08/11
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	24,00	0,331	0,327	0,81	Pablo Mazzeo	11/08/11
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,651	0,481	0,566	25,40	24,00	0,640	0,636	0,83	Pablo Mazzeo	11/08/11
E	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	23,30	0,319	0,325	0,81	Pablo Mazzeo	11/08/11
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	22,00	0,324	0,336	0,81	Pablo Mazzeo	10/08/11
G	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Pablo Mazzeo	11/08/11
H	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,651	0,481	0,566	25,40	24,00	0,632	0,624	0,83	Pablo Mazzeo	11/08/11

#### Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha  
Date

11/08/2011  
07:38:23 p.m.

Hoja  
Page

1/2

Documento  
Vigencia

TAND-001-05  
17/04/2006

Tubo patrón número  
Reference standard #

**1C2225****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	50,8	Cliente Client	TREFILA	Ciclo Product	27037
Espesor [mm] Wall Thickness	5,66	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	46827
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0844099

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000     Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey     Codigo:**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES