


Tubo patrón número
Reference standard #

2C0712

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	139,7	Cliente Client	PIONEER NATURAL	Ciclo Product	80742
Espesor [mm] Wall Thickness	9,17	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	76460
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,527	0,390	0,459	50,80	49,00	0,522	0,518	0,84	Gustavo Benitez	26/08/16
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,527	0,390	0,459	50,80	38,00	0,488	0,501	0,84	Gustavo Benitez	26/08/16
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,527	0,390	0,459	50,80	50,30	0,521	0,510	0,84	Carlos Aguilar	26/08/16
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,527	0,390	0,459	50,80	44,40	0,488	0,481	0,81	Carlos Aguilar	26/08/16
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,527	0,390	0,459	50,80	50,60	0,507	0,508	0,84	Carlos Aguilar	10/06/19
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,527	0,390	0,459	50,80	41,90	0,505	0,513	0,84	Carlos Aguilar	10/06/19
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,527	0,390	0,459	50,80	50,70	0,501	0,497	0,84	Carlos Aguilar	10/06/19
H	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,527	0,390	0,459	50,80	42,00	0,502	0,506	0,84	Carlos Aguilar	10/06/19

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date

10/06/2019
11:32:59 a.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006

Tubo patrón número
Reference standard #

2C0712**Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	139,7	Cliente Client	PIONEER NATURAL	Ciclo Product	80742
Espesor [mm] Wall Thickness	9,17	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	76460
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES