


Tubo patrón número
Reference standard #

2u309

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	168,3	Cliente Client	DEIR EZ ZOR	Ciclo Product	75734
Espesor [mm] Wall Thickness	7,11	Tratamiento Termico Heat Treatment		Colada Heat	62014
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/7057.02



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,409	0,302	0,356	50,00	49,00	0,396	0,378	0,92	Sebastian Monteros	10/06/04
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,409	0,302	0,356	50,00	40,00	0,384	0,351	0,92	Sebastian Monteros	10/06/04
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,409	0,302	0,356	50,00	49,00	0,373	0,366	0,97	Sebastian Monteros	10/06/04
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,409	0,302	0,356	50,00	42,00	0,380	0,362	0,93	Sebastian Monteros	10/06/04
E	Agujero Pasante Drilled hole	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20	Sebastian Monteros	10/06/04
F	Agujero Pasante Drilled hole	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20	Sebastian Monteros	10/06/04
G	Chavetero Grove	6,00	50	±15	4,088	3,022	3,555	15,00	15,00	3,600	3,600	6,00	Sebastian Monteros	10/06/04
H	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,409	0,302	0,356	20,00	19,00	0,391	0,399	0,81	Sebastian Monteros	01/03/07

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**2u309****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	168,3	Cliente Client	DEIR EZ ZOR	Ciclo Product	75734
Espesor [mm] Wall Thickness	7,11	Tratamiento Termico Heat Treatment		Colada Heat	62014
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/7057.02

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES