

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2u230

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm]	219,1	Cliente Client	Ciclo Product	73580			
Espesor [mm] Wall Thickness	19,8	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	55119			
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,139	0,842	0,990	50,80	48,00	1,004	1,039	0,97	Sebastian Monteros	21/05/04
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,139	0,842	0,990	50,80	46,00	1,072	0,920	0,95	Sebastian Monteros	21/05/04
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,139	0,842	0,990	50,80	47,00	1,064	1,023	0,95	Sebastian Monteros	21/05/04
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,139	0,842	0,990	50,80	46,00	1,050	1,051	0,95	Sebastian Monteros	21/05/04
Е	Chavetero Grove	15,00	50	±15	11,385	8,415	9,900	30,00	30,00	10,000	10,000	15,00	Sebastian Monteros	21/05/04
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	18	±15	4,099	3,029	3,564	25,40	25,00	4,010	0,000	0,94	Sebastian Monteros	21/05/04
G	Transversal Interno Transverse ID	1,00	18	±15	4,099	3,029	3,564	25,40	25,00	3,194	0,000	0,95	Sebastian Monteros	21/05/04

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2u230

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	219,1	Cliente Client	Ciclo Product	73580			
Espesor [mm] Wall Thickness	19,8	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada <sub>Heat</sub>	55119			
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO