

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2685





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | Profundida d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Α | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 13 | ±15 | 0,792 | 0,585 | 0,689 | 50,00 | 48,00 | 0,785 | 0,784 | 0,98 | Daniel Carcacha | 20/01/16 |
| | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 10 | ±15 | 0,634 | 0,468 | 0,551 | 50,00 | 48,00 | 0,630 | 0,628 | 0,85 | Dante Antunez | 20/01/16 |
| С | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 10 | ±15 | 0,634 | 0,468 | 0,551 | 50,00 | 43,00 | 0,622 | 0,631 | 0,85 | Dante Antunez | 20/01/16 |
| D | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 10 | ±15 | 0,634 | 0,468 | 0,551 | 50,00 | 25,00 | 0,629 | 0,627 | 0,95 | Daniel Carcacha | 20/01/16 |
| Е | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 10 | ±15 | 0,634 | 0,468 | 0,551 | 50,00 | 48,00 | 0,629 | 0,630 | 0,96 | Daniel Carcacha | 20/01/16 |

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2685

| Datos del Producto Product Information | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---------|--|--|--|--|
| Diametro [mm] Diameter | 73,02 | Cliente Client | STOCK PETROLERO | Ciclo Product | 88019 | | | | |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 5,51 | Tratamiento Termico | NO | Colada _{Heat} | 74503 | | | | |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | 8090501 | | | | |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES