

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2C0860





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,472	0,349	0,410	50,80	42,50	0,466	0,432	0,86	Carlos Aguilar	19/11/19
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,472	0,349	0,410	50,80	50,20	0,445	0,441	0,84	Carlos Aguilar	19/11/19
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,472	0,349	0,410	50,80	43,70	0,460	0,471	0,86	Carlos Aguilar	19/11/19
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,472	0,349	0,410	50,80	50,20	0,437	0,449	0,85	Carlos Aguilar	19/11/19
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,472	0,349	0,410	50,80	43,70	0,453	0,462	0,84	Carlos Aguilar	19/11/19
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	3,00	5	±15	0,472	0,349	0,410	50,80	50,20	0,440	0,452	0,84	Carlos Aguilar	19/11/19
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,472	0,349	0,410	50,80	43,70	0,469	0,471	0,86	Carlos Aguilar	19/11/19
J	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,472	0,349	0,410	50,80	50,80	0,469	0,470	0,84	Default Default	18/12/19

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 18/12/2019 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 10:37:38 a.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

2C0860

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	273	Cliente Client	HOLLOW FOR GNC	Ciclo Product	23375				
Espesor [mm] Wall Thickness	8,2	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	99999				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8/2727.02				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES