

Tubo patrón número


Reference standard #

**2u204**

### Datos del Producto

Product Information

Diametro [mm] Diameter	168,3	Cliente Client	Ciclo Product	72800
Espesor [mm] Wall Thickness	12,7	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad d A [mm] Depth A	Profundidad d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	46,00	0,650	0,550	0,87	Sebastian Monteros	31/05/04
B	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	50,00	7,200	7,200	0,97	Sebastian Monteros	31/05/04
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	48,00	0,680	0,660	0,95	Sebastian Monteros	31/05/04
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	50,00	0,650	0,690	0,94	Sebastian Monteros	31/05/04
E	Chavetero Grove	6,00	50	±15	7,303	5,398	6,350	50,00	50,00	2,000	2,000	6,00	Sebastian Monteros	31/05/04
F	Chavetero Grove	6,00	50	±15	7,303	5,398	6,350	10,00	15,00	6,200	6,200	6,00	Sebastian Monteros	31/05/04
G	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	46,00	0,600	0,510	0,85	Sebastian Monteros	31/05/04
H	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	50,00	0,730	0,750	0,96	Sebastian Monteros	31/05/04

#### Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

#### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha  
Date

31/05/2004  
08:40:38 a.m.

Hoja  
Page

1/2

Documento  
Vigencia

TAND-001-05  
17/04/2006

Tubo patrón número  
Reference standard #

**2u204****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	168,3	Cliente Client	Ciclo Product	72800
Espesor [mm] Wall Thickness	12,7	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Proyector de Perfiles Nikon V-16E   Codigo: 90012410**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO