


Tubo patrón número  
Reference standard #

**TF0482**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	48,3	Cliente Client	Gerab	Ciclo Product	61749
Espesor [mm] Wall Thickness	3,7	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	44655
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/4459.09



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	10	+10-0	0,407	0,370	0,370	25,00	25,00	0,368	0,364	0,50	Pablo Mazzeo	06/05/13
B	Chavetero Grove	8,00	50	±15	2,128	1,573	1,850	35,00	33,50	1,700	1,700	7,80	Pablo Mazzeo	06/05/13
C	Transversal Externo Transverse OD	0,50	10	+0-10	0,370	0,333	0,370	25,40	22,00	0,391	0,404	0,50	Pablo Mazzeo	06/05/13
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	10	±15	0,426	0,315	0,370	25,40	25,00	0,411	0,423	0,50	Pablo Mazzeo	06/05/13
E	Transversal Externo Transverse OD	0,50	10	±15	0,426	0,315	0,370	25,40	22,00	0,418	0,410	0,50	Pablo Mazzeo	06/05/13
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,50	10	±15	0,426	0,315	0,370	25,40	25,40	0,360	0,358	0,50	Default Default	07/05/13
G	Transversal Interno Transverse ID	0,50	10	±15	0,426	0,315	0,370	25,40	21,00	0,351	0,348	0,50	Default Default	07/05/13

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número  
Reference standard #**TF0482****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	48,3	Cliente Client	Gerab	Ciclo Product	61749
Espesor [mm] Wall Thickness	3,7	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	44655
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/4459.09

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000**      **Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey**      **Codigo:**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

## Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**