


Tubo patrón número
Reference standard #

1U0284

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	80,5	Cliente Client	Fape	Ciclo Product	10063
Espesor [mm] Wall Thickness	9,17	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	28297
Trazabilidad Traceability	205			Expediente Manufacturing Order	0/8130.44



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,527	0,390	0,459	50,00	48,10	0,508	0,496	0,87	Nicolas Lorenzato	18/04/08
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,527	0,390	0,459	50,00	41,40	0,467	0,444	0,85	Nicolas Lorenzato	18/04/08
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,527	0,390	0,459	50,00	48,30	0,522	0,495	0,85	Nicolas Lorenzato	18/04/08
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,527	0,390	0,459	50,00	47,10	0,490	0,508	0,84	Nicolas Lorenzato	18/04/08
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,527	0,390	0,459	38,00	37,80	0,527	0,522	0,83	Agustin Torres	05/11/13
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,527	0,390	0,459	38,00	34,50	0,525	0,520	0,83	Agustin Torres	05/11/13
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,527	0,390	0,459	38,00	37,80	0,501	0,506	0,84	Agustin Torres	05/11/13
H	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,527	0,390	0,459	38,00	37,00	0,493	0,508	0,85	Agustin Torres	05/11/13

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**1U0284****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	80,5	Cliente Client	Fape	Ciclo Product	10063
Espesor [mm] Wall Thickness	9,17	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	28297
Trazabilidad Traceability	205			Expediente Manufacturing Order	0/8130.44

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**