

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



FA0142

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	168,28	Cliente Client		Ciclo Product	83437			
Espesor [mm] Wall Thickness	10,59	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	0			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth			Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	5	±15	0,572	0,423	0,498	10,00	10,00	0,505	0,510	0,30	Sebastian Monteros	23/07/20
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	5	±15	0,572	0,423	0,498	20,00	20,00	0,540	0,530	0,30	Sebastian Monteros	23/07/20
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	5	±15	0,572	0,423	0,498	10,00	10,00	0,510	0,505	0,30	Sebastian Monteros	23/07/20

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO