

CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

TAND-001-05


17/04/2006

NDT Reference Standard Certificate



TF0428





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance		Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	4	±15	0,286	0,212	0,249	50,00	48,70	0,254	0,233	0,30	Dante Antunez	18/05/11
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	4	+5-0	0,261	0,249	0,249	50,00	48,90	0,246	0,243	0,30	Dante Antunez	18/05/11
С	Longitudinal Externo	0,30	5	±15	0,345	0,255	0,300	48,70	48,70	0,302	0,329	0,30	Dante Antunez	18/05/11

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO