


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1C2766**

## Datos del Producto

Product Information

Diametro [mm] Diameter	79	Cliente Client	TREFILA	Ciclo Product	27566
Espesor [mm] Wall Thickness	9	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	42240
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0898441



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,035	0,765	0,900	50,00	50,00	0,894	0,913	0,82	Agustin Torres	12/05/17
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,518	0,383	0,450	50,00	50,00	0,474	0,475	0,80	Carlos Aguilar	12/05/17
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,518	0,383	0,450	50,00	41,50	0,484	0,481	0,80	Carlos Aguilar	12/05/17
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,035	0,765	0,900	50,00	33,00	1,032	1,034	0,84	Agustin Torres	12/05/17
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	1,035	0,765	0,900	50,00	50,00	0,974	0,961	0,82	Carlos Aguilar	12/05/17
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,82	10	±15	1,035	0,765	0,900	50,00	50,00	1,017	0,997	0,82	Carlos Aguilar	12/05/17

### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA SI

### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número  
Reference standard #**1C2766****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	79	Cliente Client	TREFILA	Ciclo Product	27566
Espesor [mm] Wall Thickness	9	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	42240
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0898441

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000      Codigo: 302-711A**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

## Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**