


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1T0225**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	73,02	Cliente Client	ECU/P.PIPE TRA1	Ciclo Product	88017
Espesor [mm] Wall Thickness	5,51	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,634	0,468	0,551	50,80	50,70	0,610	0,601	0,82	Carlos Aguilar	27/11/17
B	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,634	0,468	0,551	50,80	41,80	0,615	0,607	0,82	Carlos Aguilar	27/11/17
C	Long. de ecualización	-	13	±15	0,792	0,585	0,689	150,00	150,00	0,769	0,771	-	Carlos Aguilar	27/11/17
D	Circular de ecualización Externo	1,00	13	±15	0,792	0,585	0,689	-	-	0,760	0,757	0,85	Carlos Aguilar	27/11/17
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,634	0,468	0,551	50,80	50,60	0,607	0,613	0,83	Carlos Aguilar	27/11/17
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,634	0,468	0,551	50,80	42,10	0,611	0,615	0,84	Carlos Aguilar	27/11/17

#### Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número  
Reference standard #**1T0225****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	73,02	Cliente Client	ECU/P.PIPE TRA1	Ciclo Product	88017
Espesor [mm] Wall Thickness	5,51	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000     Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey     Codigo:**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

## Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**