


Tubo patrón número
Reference standard #

TF0723

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	76,2	Cliente Client	SPICER EJES PES	Ciclo Product	39203
Espesor [mm] Wall Thickness	2,41	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	8	±15	0,222	0,164	0,193	15,00	15,00	0,198	0,211	0,42	Agustin Torres	21/12/19
B	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,50	8	±15	0,222	0,164	0,193	15,00	15,00	0,198	0,209	0,42	Agustin Torres	21/12/19
C	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,50	8	±15	0,222	0,164	0,193	15,00	15,00	0,187	0,185	0,40	Agustin Torres	21/12/19
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	8	±15	0,222	0,164	0,193	15,00	15,00	0,214	0,215	0,50	Agustin Torres	21/12/19
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	6	±15	0,172	0,127	0,149	8,00	8,00	0,167	0,170	0,30	Agustin Torres	21/12/19
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	6	±15	0,172	0,127	0,149	10,00	10,00	0,160	0,165	0,30	Agustin Torres	21/12/19
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	8	±15	0,222	0,164	0,193	15,00	15,00	0,210	0,212	0,42	Agustin Torres	21/12/19
H	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,50	8	±15	0,222	0,164	0,193	15,00	15,00	0,193	0,196	0,40	Agustin Torres	21/12/19

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #

TF0723**Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	76,2	Cliente Client	SPICER EJES PES	Ciclo Product	39203
Espesor [mm] Wall Thickness	2,41	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES