

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

2u138





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Δ	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,40	50	±15	10,500	7,761	9,130	-	-	9,170	-	6,37	Sebastian Monteros	30/06/04
В	Chavetero Grove	4,00	50	±15	10,500	7,761	9,130	10,00	10,05	9,050	9,050	3,93	Sebastian Monteros	30/06/04
С	Chavetero Grove	4,00	50	±15	10,500	7,761	9,130	12,00	12,06	9,040	9,040	3,94	Sebastian Monteros	30/06/04
D	Chavetero Grove	5,00	50	±15	10,500	7,761	9,130	12,00	12,06	9,400	9,400	5,02	Sebastian Monteros	30/06/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha

30/06/2004 01:24:50 p.m. Hoja

Documento 1/2 Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006