

Tubo patrón número


Reference standard #

1C2492

Datos del Producto

Product Information

Diametro [mm] Diameter	50,8	Cliente Client	TREFILA	Ciclo Product	27282
Espesor [mm] Wall Thickness	5,66	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	22987
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0854355



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,92	10	±15	0,651	0,481	0,566	24,30	24,30	0,625	0,616	0,92	Dante Antunez	23/02/13
B	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	24,00	0,317	0,328	0,82	Pablo Mazzeo	23/02/13
C	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	10	±15	0,651	0,481	0,566	25,40	24,00	0,614	0,633	0,86	Pablo Mazzeo	23/02/13
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	23,50	0,311	0,322	0,82	Pablo Mazzeo	23/02/13
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	20,00	0,265	0,265	0,99	Dante Antunez	23/02/13
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Dante Antunez	25/02/13
G	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Dante Antunez	25/02/13
H	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	25,00	0,310	0,320	0,95	Default Default	25/02/13

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date

25/02/2013
07:23:18 p.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006

Tubo patrón número
Reference standard #**1C2492****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	50,8	Cliente Client	TREFILA	Ciclo Product	27282
Espesor [mm] Wall Thickness	5,66	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	22987
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0854355

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000** **Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey** **Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**