

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



210736





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
ι Δ	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	4	±15	1,159	0,857	1,008	50,00	47,30	1,086	1,076	0,85	Daniel Carcacha	16/05/08
В	Chavetero Grove	8,00	50	±15	16,560	12,240	14,400	25,00	24,30	13,500	13,500	7,90	Daniel Carcacha	16/05/08
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,656	1,224	1,440	50,00	45,50	1,565	1,536	0,95	Sebastian Monteros	16/01/09

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha Date 16/01/2009 07:27:24 a.m.

Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006