


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1U0420**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	DEMO	Ciclo Product	10712
Espesor [mm] Wall Thickness	20	Tratamiento Termico Heat Treatment	DEMO	Colada Heat	37023
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	DEMO



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	2	±15	0,368	0,272	0,320	50,00	45,00	0,348	0,349	0,94	Daniel Carcacha	07/05/10
B	Transversal Externo Transverse OD	1,00	2	±15	0,368	0,272	0,320	50,00	42,00	0,336	0,341	0,82	Daniel Carcacha	07/05/10
C	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	2	±15	0,368	0,272	0,320	50,00	45,60	0,361	0,359	0,92	Daniel Carcacha	07/05/10
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	2	±15	0,368	0,272	0,320	50,00	32,40	0,349	0,349	0,84	Daniel Carcacha	07/05/10
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,150	0,850	1,000	38,00	36,00	1,120	1,131	0,94	Pablo Mazzeo	14/06/11
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,150	0,850	1,000	38,00	31,00	1,118	1,126	0,94	Pablo Mazzeo	14/06/11
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,150	0,850	1,000	38,00	36,00	1,008	0,998	0,93	Pablo Mazzeo	14/06/11
H	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,150	0,850	1,000	38,00	33,00	1,097	1,079	0,93	Pablo Mazzeo	14/06/11

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número  
Reference standard #**1U0420****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	DEMO	Ciclo Product	10712
Espesor [mm] Wall Thickness	20	Tratamiento Termico Heat Treatment	DEMO	Colada Heat	37023
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	DEMO

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000     Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey     Codigo:**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

## Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**