


Tubo patrón número
Reference standard #

2C276

Datos del Producto Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| Diametro [mm] Diameter | 244,5 | Cliente Client | ADCO/ABU DHABI | Ciclo Product | 28001 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 11,99 | Tratamiento Termico Heat Treatment | | Colada Heat | 73856 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | 5/1328.06 |



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundidad A [mm] Depth A | Profundidad B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,689 | 0,510 | 0,600 | 50,00 | 49,00 | 0,663 | 0,643 | 0,84 | Sebastian Monteros | 11/12/06 |
| B | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,689 | 0,510 | 0,600 | 50,00 | 46,00 | 0,620 | 0,632 | 0,87 | Sebastian Monteros | 11/12/06 |
| C | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,689 | 0,510 | 0,600 | 50,80 | 50,20 | 0,648 | 0,651 | 0,83 | Default Default | 08/05/18 |
| D | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 10 | ±15 | 1,379 | 1,019 | 1,199 | 50,80 | 46,00 | 1,338 | 1,352 | 0,87 | Default Default | 08/05/18 |
| E | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 10 | ±15 | 1,379 | 1,019 | 1,199 | 50,00 | 49,00 | 1,270 | 1,251 | 0,89 | Sebastian Monteros | 11/12/06 |
| F | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,689 | 0,510 | 0,600 | 50,80 | 46,50 | 0,680 | 0,678 | 0,72 | Default Default | 08/05/18 |
| G | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 10 | ±15 | 1,379 | 1,019 | 1,199 | 50,80 | 46,50 | 1,365 | 1,360 | 0,75 | Default Default | 08/05/18 |
| H | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 10 | ±15 | 1,379 | 1,019 | 1,199 | 50,80 | 50,20 | 1,352 | 1,371 | 0,90 | Default Default | 08/05/18 |

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**2C276****Datos del Producto**
Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| Diametro [mm] Diameter | 244,5 | Cliente Client | ADCO/ABU DHABI | Ciclo Product | 28001 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 11,99 | Tratamiento Termico Heat Treatment | | Colada Heat | 73856 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | 5/1328.06 |

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ300 Codigo: 302-916E**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**