


Tubo patrón número
Reference standard #

1U0283

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	93,17	Cliente Client	BP Amoco	Ciclo Product	8659
Espesor [mm] Wall Thickness	13	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	28787
Trazabilidad Traceability	5			Expediente Manufacturing Order	0/9963.04



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,84	5	±15	0,748	0,553	0,650	25,40	25,00	0,657	0,733	0,84	Dante Antunez	20/06/08
B	Transversal Externo Transverse OD	0,85	5	±15	0,748	0,553	0,650	25,40	24,80	0,689	0,698	0,85	Nicolas Lorenzato	16/04/08
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,85	4	±15	0,568	0,420	0,494	25,40	24,90	0,536	0,528	0,85	Nicolas Lorenzato	16/04/08
D	Transversal Interno Transverse ID	0,85	5	±15	0,748	0,553	0,650	25,40	24,00	0,702	0,725	0,85	Dante Antunez	20/06/08
E	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,00	50	±15	7,475	5,525	6,500	-	-	7,300	-	6,00	Dante Antunez	20/06/08

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**1U0283****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	93,17	Cliente Client	BP Amoco	Ciclo Product	8659
Espesor [mm] Wall Thickness	13	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	28787
Trazabilidad Traceability	5			Expediente Manufacturing Order	0/9963.04

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Calibre Pie de Rey Codigo:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**