

Tubo patrón número


Reference standard #

2u342

Datos del Producto

Product Information

Diametro [mm] Diameter	235,8	Cliente Client	Ciclo Product	76539	
Espesor [mm] Wall Thickness	16,3	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order		



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,937	0,693	0,815	25,00	24,20	0,922	0,924	0,96	Sebastian Monteros	03/11/04
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,937	0,693	0,815	25,00	24,10	0,921	0,904	0,95	Sebastian Monteros	03/11/04
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,937	0,693	0,815	25,00	24,00	0,910	0,912	0,96	Sebastian Monteros	03/11/04
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,937	0,693	0,815	25,00	24,20	0,845	0,835	0,94	Sebastian Monteros	03/11/04
F	Chavetero Grove	6,00	50	±15	9,373	6,928	8,150	17,00	17,00	9,100	9,100	6,00	Sebastian Monteros	03/11/04
G	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,937	0,693	0,815	25,00	24,00	0,862	0,859	0,97	Sebastian Monteros	03/11/04
H	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,937	0,693	0,815	25,00	24,10	0,914	0,880	0,96	Sebastian Monteros	03/11/04

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha
Date

03/11/2004
10:31:51 a.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006

Tubo patrón número
Reference standard #**2u342****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	235,8	Cliente Client	Ciclo Product	76539
Espesor [mm] Wall Thickness	16,3	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO**

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO**