


Tubo patrón número
Reference standard #

1C2496

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	CONS.INT.T YP	Ciclo Product	50926
Espesor [mm] Wall Thickness	5,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	23388
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8748516



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,82	13	±15	0,791	0,584	0,688	48,00	48,00	0,704	0,698	0,82	Agustin Torres	06/03/13
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	48,00	0,329	0,337	0,83	Agustin Torres	06/03/13
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,633	0,468	0,550	50,80	43,00	0,596	0,619	0,83	Agustin Torres	06/03/13
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,633	0,468	0,550	50,80	30,00	0,501	0,542	0,83	Agustin Torres	06/03/13
E	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	11/03/13
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	11/03/13

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**1C2496****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	CONS.INT.T YP	Ciclo Product	50926
Espesor [mm] Wall Thickness	5,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	23388
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8748516

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000** **Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey** **Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**