

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3124

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	50,8	Cliente Client	TRAFICANO S.A.T	Ciclo Product	22351				
Espesor [mm] Wall Thickness	4,2	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	62255				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5195801				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	12	±15	0,575	0,425	0,500	50,80	45,00	0,558	0,457	1,00	Agustin Torres	29/06/20
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	12	±15	0,575	0,425	0,500	50,80	45,00	0,431	0,508	1,00	Agustin Torres	29/06/20
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	12	±15	0,575	0,425	0,500	50,80	30,00	0,482	0,508	1,00	Agustin Torres	29/06/20
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	12	±15	0,575	0,425	0,500	50,80	45,00	0,508	0,482	1,00	Agustin Torres	29/06/20
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	12	±15	0,575	0,425	0,500	50,80	30,00	0,457	0,425	1,00	Agustin Torres	29/06/20
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	12	±15	0,575	0,425	0,500	50,80	50,00	0,508	0,558	0,99	Agustin Torres	29/06/20
G	Transversal Externo Transverse OD	1,00	12	±15	0,575	0,425	0,500	50,80	30,00	0,533	0,431	0,99	Agustin Torres	29/06/20
Н	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	12	±15	0,575	0,425	0,500	50,80	45,00	0,431	0,482	0,99	Agustin Torres	29/06/20

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C3124

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	50,8	Cliente Client	TRAFICANO S.A.T	Ciclo Product	22351			
Espesor [mm] Wall Thickness	4,2	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	62255			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5195801			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO