


Tubo patrón número
Reference standard #

1C2926

Datos del Producto Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------|
| Diametro [mm] Diameter | 33,4 | Cliente Client | PRUEBAS AJU1 | Ciclo Product | 22465 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 2,9 | Tratamiento Termico Heat Treatment | NO | Colada Heat | 21473 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | |



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundidad A [mm] Depth A | Profundidad B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 10 | ±15 | 0,345 | 0,255 | 0,300 | 25,40 | 25,00 | 0,345 | 0,339 | 0,82 | Sebastian Monteros | 11/03/19 |
| B | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 10 | ±15 | 0,345 | 0,255 | 0,300 | 50,80 | 48,50 | 0,310 | 0,331 | 0,82 | Sebastian Monteros | 11/03/19 |
| C | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 16 | ±15 | 0,517 | 0,382 | 0,450 | 50,80 | 48,50 | 0,471 | 0,500 | 0,85 | Sebastian Monteros | 11/03/19 |
| D | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 17 | ±15 | 0,574 | 0,424 | 0,499 | 100,00 | 100,00 | 0,460 | 0,462 | 0,83 | Sebastian Monteros | 11/03/19 |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
- Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date

11/03/2019
02:10:53 p.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006