


Tubo patrón número
Reference standard #

2u308

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	269,9	Cliente Client	FACU	Ciclo Product	3139
Espesor [mm] Wall Thickness	21,5	Tratamiento Termico Heat Treatment		Colada Heat	61936
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0/9431.24

2u308



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,236	0,914	1,075	50,00	48,00	1,214	1,190	0,98	Sebastian Monteros	10/06/04
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	2	±15	0,569	0,420	0,495	50,00	49,00	0,538	0,549	0,96	Sebastian Monteros	10/06/04
C	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	13	±15	3,091	2,284	2,688	50,00	49,00	2,958	2,892	0,99	Sebastian Monteros	10/06/04
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,236	0,914	1,075	50,00	46,00	0,986	0,964	0,95	Sebastian Monteros	24/11/06
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,236	0,914	1,075	50,00	44,00	1,032	1,020	0,98	Sebastian Monteros	24/11/06
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,236	0,914	1,075	50,00	49,00	1,188	1,182	0,96	Sebastian Monteros	24/11/06
G	Reduccion de Espesor Externo	50,00	13	±15	3,091	2,284	2,688	75,00	75,00	-	-	50,00	Sebastian Monteros	24/11/06
H	Reduccion de Espesor Externo	25,40	10	±0	2,150	2,150	2,150	25,40	25,40	-	-	25,40	Default Default	30/09/14

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date

30/09/2014
11:59:28 a.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006

Tubo patrón número
Reference standard #**2u308****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	269,9	Cliente Client	FACU	Ciclo Product	3139
Espesor [mm] Wall Thickness	21,5	Tratamiento Termico Heat Treatment		Colada Heat	61936
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0/9431.24

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES