

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C967

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	70	Cliente Client		Ciclo Product	21046			
Espesor [mm] Wall Thickness	4	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	39296			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,368	0,272	0,320	50,80	37,00	0,325	0,293	0,85	Sebastian Monteros	10/11/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,460	0,340	0,400	50,80	38,00	0,423	0,439	0,86	Sebastian Monteros	10/11/06
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,230	0,170	0,200	50,80	37,00	0,319	0,326	0,84	Sebastian Monteros	10/11/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,230	0,170	0,200	50,80	36,00	0,327	0,311	0,84	Sebastian Monteros	10/11/06
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,230	0,170	0,200	50,80	35,00	0,337	0,326	0,86	Sebastian Monteros	10/11/06
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-		-		1,60	Default Default	21/07/11
1 (=	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	21/07/11

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT Fecha 21/07/2011 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 Vigencia 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

TAND-001-05

17/04/2006

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C967

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	70	Cliente Client		Ciclo Product	21046		
Espesor [mm] Wall Thickness	4	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	39296		
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES