


Tubo patrón número
Reference standard #

1C1286

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	73	Cliente Client	Ciclo Product	76309	
Espesor [mm] Wall Thickness	3,6	Tratamiento Termico Heat Treatment	No	Colada Heat	45013
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order		



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,331	0,245	0,288	50,00	48,50	0,315	0,301	0,90	Sebastian Monteros	31/10/06
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,207	0,153	0,180	50,00	48,00	0,331	0,336	0,92	Sebastian Monteros	31/10/06
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,414	0,306	0,360	50,00	48,00	0,405	0,408	0,98	Sebastian Monteros	31/10/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,207	0,153	0,180	50,00	38,00	0,303	0,290	0,98	Sebastian Monteros	31/10/06
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,207	0,153	0,180	50,00	31,00	0,336	0,318	0,94	Sebastian Monteros	31/10/06
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	9	±15	0,352	0,260	0,306	50,00	50,00	0,334	0,332	0,90	Sebastian Monteros	01/02/21
G	Transversal Externo Transverse OD	1,00	9	±15	0,352	0,260	0,306	50,00	35,00	0,305	0,308	0,90	Sebastian Monteros	01/02/21
H	Transversal Externo Transverse OD	1,00	9	±15	0,352	0,260	0,306	50,00	35,00	0,305	0,330	0,90	Sebastian Monteros	01/02/21

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

Tubo patrón número
Reference standard #**1C1286****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	73	Cliente Client	Ciclo Product	76309	
Espesor [mm] Wall Thickness	3,6	Tratamiento Termico Heat Treatment	No	Colada Heat	45013
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order		

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
I	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	9	±15	0,352	0,260	0,306	50,00	50,00	0,340	0,345	0,90	Sebastian Monteros	01/02/21

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Comparador a cuchilla Codigo:****Calibre Pie de Rey Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO