


Tubo patrón número  
Reference standard #

**2u223**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	Ciclo Product	73332	
Espesor [mm] Wall Thickness	11,1	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	26890
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	5100404	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,638	0,472	0,555	50,80	49,00	0,604	0,624	0,94	Sebastian Monteros	20/05/04
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,277	0,944	1,110	50,80	44,00	1,084	0,989	0,97	Sebastian Monteros	20/05/04
C	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,638	0,472	0,555	50,80	48,00	0,610	0,620	0,95	Sebastian Monteros	20/05/04
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	1,277	0,944	1,110	50,80	48,00	1,102	1,094	0,95	Sebastian Monteros	20/05/04
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,638	0,472	0,555	50,80	48,00	0,594	0,589	0,94	Sebastian Monteros	20/05/04
F	Chavetero Grove	6,00	50	±15	6,383	4,718	5,550	15,00	15,00	5,900	5,900	5,90	Sebastian Monteros	20/05/04
G	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,277	0,944	1,110	50,80	48,00	1,087	1,230	0,95	Sebastian Monteros	20/05/04
H	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,638	0,472	0,555	50,80	48,00	0,612	0,621	0,93	Sebastian Monteros	20/05/04

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha  
Date

20/05/2004  
12:06:20 p.m.

Hoja  
Page

1/2

Documento  
Vigencia

TAND-001-05  
17/04/2006

Tubo patrón número  
Reference standard #**2u223****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	Ciclo Product	73332	
Espesor [mm] Wall Thickness	11,1	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	26890
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	5100404	

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Proyector de Perfiles Nikon V-16E     Codigo: 90012410**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES