

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1c569

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	48,3	Cliente Client	Ciclo Product	72253				
Espesor [mm] Wall Thickness	10,16	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0				
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order					



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth			Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,584	0,432	0,508	30,00	30,00	5,000	5,000	1,00	Sebastian Monteros	03/11/04
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,584	0,432	0,508	30,00	30,00	5,000	5,000	1,00	Sebastian Monteros	03/11/04
	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Sebastian Monteros	03/11/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha

03/11/2004 01:39:55 p.m. Hoja

Documento 1/2 Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006