


Tubo patrón número
Reference standard #

1C1556

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	81,79	Cliente Client	TREFILA	Ciclo Product	27932
Espesor [mm] Wall Thickness	10,48	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	49563
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,205	0,891	1,048	50,80	48,00	1,101	1,056	0,87	Sebastian Monteros	02/03/07
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,603	0,445	0,524	50,80	48,00	0,576	0,569	0,85	Sebastian Monteros	02/03/07
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	1,205	0,891	1,048	50,80	48,00	1,185	1,168	0,87	Sebastian Monteros	02/03/07
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,603	0,445	0,524	50,80	44,00	0,596	0,585	0,83	Sebastian Monteros	02/03/07
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,603	0,445	0,524	50,80	33,00	0,592	0,578	0,87	Sebastian Monteros	02/03/07
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	7	±15	0,844	0,624	0,734	50,80	48,00	0,829	0,792	0,88	Sebastian Monteros	02/03/07

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
- Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date

02/03/2007
10:13:22 a.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006

Tubo patrón número
Reference standard #**1C1556****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	81,79	Cliente Client	TREFILA	Ciclo Product	27932
Espesor [mm] Wall Thickness	10,48	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	49563
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Calibre Pie de Rey Codigo:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**