


Tubo patrón número
Reference standard #

1C236

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	85,73	Cliente Client	Ciclo Product	27172
Espesor [mm] Wall Thickness	8,26	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,475	0,351	0,413	38,00	38,00	0,410	0,415	0,99	Sebastian Monteros	13/11/06
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,475	0,351	0,413	38,00	38,00	0,416	0,419	0,99	Sebastian Monteros	13/11/06
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,475	0,351	0,413	38,00	38,00	0,417	0,416	0,99	Sebastian Monteros	13/11/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,475	0,351	0,413	38,00	38,00	0,413	0,418	0,99	Sebastian Monteros	13/11/06
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	13	±15	1,187	0,878	1,033	38,00	38,00	1,031	1,033	1,00	Sebastian Monteros	13/11/06
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	13	±15	1,187	0,878	1,033	38,00	38,00	1,031	1,030	0,99	Sebastian Monteros	13/11/06
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	8	±15	0,760	0,562	0,661	25,40	25,40	0,666	0,659	0,99	Sebastian Monteros	13/11/06
H	Transversal Externo Transverse OD	1,00	8	±15	0,760	0,562	0,661	25,40	25,40	0,661	0,559	0,99	Sebastian Monteros	13/11/06

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

Tubo patrón número
Reference standard #**1C236****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	85,73	Cliente Client	Ciclo Product	27172
Espesor [mm] Wall Thickness	8,26	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO