

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



21544

Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente Client Diametro [mm] 177.8 28902 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada 9,19 0 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 Traceability



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance		Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,528	0,391	0,460	25,40	25,00	0,524	0,522	0,97	Sebastian Monteros	26/08/04
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,528	0,391	0,460	25,40	24,00	0,519	0,510	0,98	Sebastian Monteros	26/08/04
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,528	0,391	0,460	25,40	25,00	0,520	0,513	0,99	Sebastian Monteros	26/08/04
D	Transversal Interno	1,00	5	±15	0,528	0,391	0,460	25,40	23,00	0,523	0,503	0,96	Sebastian Monteros	26/08/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO