

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2U361

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	273,1	Cliente Client	ADCO/ABU DHABI	Ciclo Product	76191			
Espesor [mm] Wall Thickness	12,7	Tratamiento Termico		Colada _{Heat}	37478			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/4307.09			



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,00	42,00	0,698	0,672	0,97	Sebastian Monteros	21/03/05
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,00	43,00	0,657	0,652	0,94	Sebastian Monteros	21/03/05
С	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,00	42,00	0,661	0,690	0,97	Sebastian Monteros	21/03/05
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,00	45,00	0,689	0,691	0,93	Sebastian Monteros	21/03/05
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,00	43,00	0,695	0,701	0,93	Sebastian Monteros	21/03/05
F	Chavetero Grove	6,00	50	±15	7,303	5,398	6,350	15,00	15,00	6,900	6,900	5,50	Sebastian Monteros	21/03/05
G	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,40	50	±15	7,303	5,398	6,350	-	,	6,300	-	6,00	Sebastian Monteros	21/03/05
Н	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,00	45,00	0,679	0,692	1,00	Sebastian Monteros	21/03/05

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

2U361

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	273,1	Cliente Client	ADCO/ABU DHABI	Ciclo Product	76191			
Espesor [mm] Wall Thickness	12,7	Tratamiento Termico		Colada _{Heat}	37478			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/4307.09			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES