

Tubo patrón número


Reference standard #

**210796**

### Datos del Producto

Product Information

Diametro [mm] Diameter	120,65	Cliente Client	PERFO- EQUIPOS	Ciclo Product	14217
Espesor [mm] Wall Thickness	20	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	36789
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/2251.03



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam Width / Diam	Espesor Remanente [mm] Thickness	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,150	0,850	1,000	50,80	48,30	1,020	1,015	0,94	-	Sebastian Monteros	03/02/10
B	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,150	0,850	1,000	50,80	42,50	1,000	0,984	0,86	-	Sebastian Monteros	03/02/10
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,150	0,850	1,000	50,80	48,00	1,048	0,950	0,86	-	Sebastian Monteros	03/02/10
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,150	0,850	1,000	50,80	41,50	1,105	1,067	0,95	-	Sebastian Monteros	03/02/10
E	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,64	Sebastian Monteros	03/02/10
F	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,19	Sebastian Monteros	03/02/10

#### Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha  
Date

03/02/2010  
11:25:50 a.m.

Hoja  
Page

1/2

Documento  
Vigencia

TAND-001-05  
17/04/2006

Tubo patrón número  
Reference standard #**210796****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	120,65	Cliente Client	PERFO- EQUIPOS	Ciclo Product	14217
Espesor [mm] Wall Thickness	20	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	36789
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/2251.03

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000     Codigo: 302-711A**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

## Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**