

Tubo patrón número


Reference standard #

2u261

Datos del Producto

Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	Ciclo Product	75002
Espesor [mm] Wall Thickness	11,4	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,656	0,485	0,570	50,00	48,00	0,615	0,620	0,95	Sebastian Monteros	02/06/04
B	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,656	0,485	0,570	50,00	48,00	0,649	0,652	0,98	Sebastian Monteros	02/06/04
C	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,656	0,485	0,570	50,00	49,00	0,609	0,618	0,95	Sebastian Monteros	02/06/04
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,656	0,485	0,570	50,00	45,00	0,612	0,621	0,99	Sebastian Monteros	02/06/04
E	Chavetero Grove	6,00	50	±15	6,555	4,845	5,700	50,00	49,00	5,400	5,400	5,50	Sebastian Monteros	02/06/04
F	Agujero Pasante Drilled hole	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20	Sebastian Monteros	02/06/04
G	Agujero Pasante Drilled hole	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20	Sebastian Monteros	02/06/04

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

Tubo patrón número
Reference standard #

2u261

Datos del Producto
Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	Ciclo Product	75002
Espesor [mm] Wall Thickness	11,4	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO