

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C2626

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	80,5	Cliente Client	PETROCHIN A INTE	Ciclo Product	10153				
Espesor [mm] Wall Thickness	10,5	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	38747				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0885603				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance		Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Ι Δ	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,208	0,893	1,050	50,00	48,00	1,187	1,176	0,85	Dante Antunez	17/01/15
1 8	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,604	0,446	0,525	50,00	48,00	0,554	0,563	0,84	Pablo Mazzeo	17/01/15
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,604	0,446	0,525	50,00	40,00	0,549	0,560	0,84	Pablo Mazzeo	17/01/15
D	Transversal Interno	1,00	10	±15	1,208	0,893	1,050	50,00	28,00	1,192	1,183	0,83	Dante Antunez	17/01/15

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES