


Tubo patrón número
Reference standard #

1U0686

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	85,73	Cliente Client	HALLIBURT ON ENE	Ciclo Product	17643
Espesor [mm] Wall Thickness	9,53	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	36158
Trazabilidad Traceability	149			Expediente Manufacturing Order	5381501



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,548	0,405	0,477	25,40	25,00	0,443	0,438	0,84	Agustin Torres	28/08/14
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,548	0,405	0,477	25,40	22,50	0,472	0,490	0,84	Agustin Torres	28/08/14
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,548	0,405	0,477	25,40	24,00	0,516	0,528	0,92	Pablo Mazzeo	28/08/14
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,548	0,405	0,477	25,40	25,10	0,519	0,531	0,92	Pablo Mazzeo	28/08/14
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,548	0,405	0,477	25,40	25,00	0,501	0,524	0,84	Agustin Torres	28/08/14
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,548	0,405	0,477	25,40	20,00	0,544	0,541	0,95	Agustin Torres	28/08/14
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,548	0,405	0,477	25,40	24,00	0,520	0,536	0,92	Pablo Mazzeo	28/08/14
H	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,548	0,405	0,477	25,40	25,10	0,537	0,523	0,92	Pablo Mazzeo	28/08/14

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0686

Datos del Producto
Product Information

Diametro [mm] Diameter	85,73	Cliente Client	HALLIBURT ON ENE	Ciclo Product	17643
Espesor [mm] Wall Thickness	9,53	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	36158
Trazabilidad Traceability	149			Expediente Manufacturing Order	5381501

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 **Codigo: 302-711A**

Calibre Pie de Rey **Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES