

Tubo patrón número


Reference standard #

2V0147

Datos del Producto

Product Information

Diametro [mm] Diameter	168,3	Cliente Client	TOTAL E&P CONGO	Ciclo Product	62493
Espesor [mm] Wall Thickness	7,9	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	63109
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/0370.08



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,454	0,336	0,395	50,80	48,00	0,412	0,425	0,83	Pablo Mazzeo	09/05/14
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,454	0,336	0,395	50,80	37,00	0,418	0,432	0,83	Pablo Mazzeo	09/05/14
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,454	0,336	0,395	50,80	48,00	0,442	0,436	0,84	Pablo Mazzeo	09/05/14
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,454	0,336	0,395	50,80	41,00	0,429	0,438	0,84	Pablo Mazzeo	09/05/14
E	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	8,00	30	±15	2,726	2,015	2,370	-	-	2,400	-	7,70	Agustin Torres	08/05/14
F	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	8,00	70	±15	6,360	4,701	5,530	-	-	6,000	-	7,70	Agustin Torres	08/05/14
G	Oblicuo Derecho Interno Oblique Right ID	0,83	5	±15	0,454	0,336	0,395	48,00	48,00	0,430	0,446	0,83	Pablo Mazzeo	09/05/14
H	Oblicuo Derecho Externo	0,83	5	±15	0,454	0,336	0,395	48,00	48,00	0,403	0,388	0,92	Pablo Mazzeo	09/05/14

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
 - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date

09/05/2014
09:08:11 a.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006

Tubo patrón número
Reference standard #**2V0147****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	168,3	Cliente Client	TOTAL E&P CONGO	Ciclo Product	62493
Espesor [mm] Wall Thickness	7,9	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	63109
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/0370.08

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000** **Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey** **Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES