

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2876





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | Profundida d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Α | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 14 | ±15 | 0,460 | 0,340 | 0,400 | 25,00 | 25,00 | 0,398 | 0,423 | 0,81 | Agustin Torres | 05/10/18 |
| В | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 10 | ±15 | 0,345 | 0,255 | 0,300 | 25,00 | 25,00 | 0,309 | 0,324 | 0,81 | Agustin Torres | 04/10/18 |
| С | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 10 | ±15 | 0,345 | 0,255 | 0,300 | 50,00 | 50,00 | 0,310 | 0,307 | 0,80 | Agustin Torres | 04/10/18 |
| D | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 10 | ±15 | 0,345 | 0,255 | 0,300 | 50,00 | 50,00 | 0,298 | 0,305 | 0,81 | Agustin Torres | 05/10/18 |
| Е | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 10 | ±15 | 0,345 | 0,255 | 0,300 | 25,00 | 20,00 | 0,289 | 0,307 | 0,81 | Agustin Torres | 04/10/18 |
| F | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 14 | ±15 | 0,460 | 0,340 | 0,400 | 25,00 | 10,00 | 0,410 | 0,423 | 0,80 | Agustin Torres | 04/10/18 |

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2876

| Datos del Producto Product Information | | | | | | | | | |
|--|------|---------------------|----|-----------------------------------|---------|--|--|--|--|
| Diametro [mm] Diameter | 33,4 | Cliente Client | | Ciclo Product | 22465 | | | | |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 2,9 | Tratamiento Termico | NO | Colada _{Heat} | 21473 | | | | |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | 5378317 | | | | |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES