


Tubo patrón número
Reference standard #

2u198

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	244,5	Cliente Client	Ciclo Product	0
Espesor [mm] Wall Thickness	13,84	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	10	±15	1,592	1,176	1,384	25,40	25,20	1,350	1,350	0,23	Sebastian Monteros	16/06/04
B	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	5	±15	0,796	0,588	0,692	25,40	25,20	0,685	0,685	0,28	Sebastian Monteros	16/06/04
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	5	±15	0,796	0,588	0,692	25,40	25,30	0,685	0,685	0,25	Sebastian Monteros	16/06/04
D	Reduccion de Espesor Externo	25,40	10	±15	1,592	1,176	1,384	24,40	0,00	-	-	0,00	Sebastian Monteros	16/06/04
E	Transversal Externo Transverse OD	0,30	5	±15	0,796	0,588	0,692	25,40	24,50	0,630	0,630	0,25	Sebastian Monteros	16/06/04
F	Transversal Interno Transverse ID	0,30	5	±15	0,796	0,588	0,692	25,40	24,00	0,580	0,580	0,28	Sebastian Monteros	16/06/04
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	10	±15	1,592	1,176	1,384	25,40	25,10	1,370	1,370	0,25	Sebastian Monteros	16/06/04

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

Tubo patrón número
Reference standard #

2u198

Datos del Producto
Product Information

Diametro [mm] Diameter	244,5	Cliente Client	Ciclo Product	0
Espesor [mm] Wall Thickness	13,84	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO